161020340329

检 测 报 告

报告编号　A2200029874107CCa001　　第 1 页 共 4 页

委托单位　昆山市惠盛实业有限公司

受检单位　昆山市惠盛实业有限公司

受检单位地址　昆山市张浦镇振新西路 750 号

样品类型　土壤

报告用途　自检

苏 州 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.1825683C87

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参照。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司
联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

编　　制：　　签　　发：

审　　核：　　签 发 日 期：2020/05/18

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	土壤	采样人员	汤庆文、梁趁
采样日期	2020-04-30	检测日期	2020-05-08~2020-05-14
采样方式	定点		

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准限值	单位
土壤	无味、棕黄色、潮、砂壤土	砷	SUM42742001	11.2	60	mg/kg
		镉	SUM42742001	0.13	65	mg/kg
		铜	SUM42742001	56	18000	mg/kg
		铅	SUM42742001	22.6	800	mg/kg
		汞	SUM42742001	0.375	38	mg/kg
		镍	SUM42742001	30	900	mg/kg
参照标准	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 筛选值 第二类用地					

附：检测布点图

说明：□土壤采样点

本页完

检 测 结 果

表 2：

仪器信息：					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
土壤	砷	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20181819	2020-08-28
	镉	原子吸收分光光度计（AAS）	AA900T	TTE20170831	2022-04-14
	铜	原子吸收分光光度计（AAS）	AA-7000	TTE20141085	2020-06-05
	铅	原子吸收分光光度计（AAS）	AA900T	TTE20162140	2020-12-19
	汞	原子荧光光度计	AFS-9750	TTE20181819	2020-08-28
	镍	原子吸收分光光度计（AAS）	AA-7000	TTE20141085	2020-06-05

表 3：

检测方法及检出限：			
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
土壤	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01mg/kg
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1mg/kg
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1mg/kg
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002mg/kg
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3mg/kg

报告结束